

## 【土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル】

### －正誤表－

訂正箇所	誤	正
13 ページ 7.1(3)b) [高圧流体抽出の 抽出条件]の4行 目	加熱時間 : 5min	加熱時間 : アセトン 6min、トルエン 8min
同 6行目	時間 : 20min	静置時間 : 20min